


	PLANO DE METAS - 2024						Nº: I01ID																																																													
INFORMAÇÕES GERAIS																																																																				
INDICADOR	Índice mensal de disponibilidade do sistema EMS (ID)					TIPO																																																														
PROCESSO	Manutenção e Calibração de Instrumentos Meteorológicos		RESPONSÁVEL	REGIONAIS		Política da Qualidade	Objetivos da Qualidade	Processos																																																												
FONTE DE DADOS	SILOMS e Empresas																																																																			
MEDIÇÃO	Mensal	META	92%	PRAZO	1 ano																																																															
FÓRMULA	(Quantidade de horas em que o sistema EMS ficou disponível / Quantidade de horas do mês) x 100																																																																			
OBJETIVO	Assegurar a disponibilidade do sistema EMS o maior tempo possível																																																																			
OUTRAS INFORMAÇÕES			Não há		ATUALIZAÇÃO		mai/2024																																																													
DADOS DO INDICADOR																																																																				
ABRIL - 2024																																																																				
 <table border="1"> <caption>ABRIL - 2024 - Dados do Indicador</caption> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>ID</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>58CF</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>58CY</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>58BR</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>58CT</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>58PA</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>58PL</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>58CG</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>58FI</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>58CR</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>58UG</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>58PP</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>58FZ</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>58MO</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>58RF</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>58SV</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>58SL</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>58SG</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>58PL</td><td>94,00</td></tr> <tr><td>58EG</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>58BF</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>58BV</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>58TT</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>58CZ</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>58MQ</td><td>89,83</td></tr> <tr><td>58SN</td><td>88,89</td></tr> <tr><td>58GL</td><td>98,98</td></tr> <tr><td>58GR</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>58KP</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>58C8</td><td>100,00</td></tr> </tbody> </table>									Data	ID	58CF	100,00	58CY	100,00	58BR	100,00	58CT	100,00	58PA	100,00	58PL	100,00	58CG	100,00	58FI	100,00	58CR	100,00	58UG	100,00	58PP	100,00	58FZ	100,00	58MO	100,00	58RF	100,00	58SV	100,00	58SL	100,00	58SG	100,00	58PL	94,00	58EG	100,00	58BF	100,00	58BV	100,00	58TT	100,00	58CZ	100,00	58MQ	89,83	58SN	88,89	58GL	98,98	58GR	100,00	58KP	100,00	58C8	100,00
Data	ID																																																																			
58CF	100,00																																																																			
58CY	100,00																																																																			
58BR	100,00																																																																			
58CT	100,00																																																																			
58PA	100,00																																																																			
58PL	100,00																																																																			
58CG	100,00																																																																			
58FI	100,00																																																																			
58CR	100,00																																																																			
58UG	100,00																																																																			
58PP	100,00																																																																			
58FZ	100,00																																																																			
58MO	100,00																																																																			
58RF	100,00																																																																			
58SV	100,00																																																																			
58SL	100,00																																																																			
58SG	100,00																																																																			
58PL	94,00																																																																			
58EG	100,00																																																																			
58BF	100,00																																																																			
58BV	100,00																																																																			
58TT	100,00																																																																			
58CZ	100,00																																																																			
58MQ	89,83																																																																			
58SN	88,89																																																																			
58GL	98,98																																																																			
58GR	100,00																																																																			
58KP	100,00																																																																			
58C8	100,00																																																																			
ACOMPANHAMENTO																																																																				
ANÁLISE CRÍTICA				AÇÕES PROPOSTAS																																																																
Sobre os resultados do Indicador de Disponibilidade (ID), referentes ao mês de ABR 2024, o DNB-MQ ficou por três meses consecutivos abaixo da meta (92%); e o DNB-SN ficou abaixo de LIT (89%) no mês ABR 2024.				Os DNB-MQ e DNB-SN deverão abrir Ficha de Não Conformidade (FNC) e atentar o previsto na ICA 800-3. O Setor responsável pela gestão da qualidade na Empresa NAV BRASIL deverá assessorar e acompanhar, conforme a necessidade.																																																																
ELABORAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E AÇÕES PROPOSTAS			1º Ten QOEA MET Gouvêa		VALIDAÇÃO E EMISSÃO		14/05/2024																																																													