




PLANO DE METAS - 2024

Nº: 101ID

INFORMAÇÕES GERAIS

INDICADOR	Índice mensal de disponibilidade do sistema EMS (ID)				TIPO		
PROCESSO	Manutenção e Calibração de Instrumentos Meteorológicos	RESPONSÁVEL	REGIONAIS		Política da Qualidade	Objetivos da Qualidade	Processos
FONTE DE DADOS	SILOMS e Empresas						
MEDIÇÃO	Mensal	META	92%	PRAZO	1 ano		
FÓRMULA	(Quantidade de horas em que o sistema EMS ficou disponível / Quantidade de horas do mês) x 100						
OBJETIVO	Assegurar a disponibilidade do sistema EMS o maior tempo possível						
OUTRAS INFORMAÇÕES	Não há			ATUALIZAÇÃO	out/2024		
DADOS DO INDICADOR				MEMÓRIA DE CÁLCULO			

JULHO - 2024



OBSERVAÇÕES

Limite de Tolerância: 89% ≥ ID > 92 %, sendo o LIT (Limite Inferior de Tolerância) = 89%.

ACOMPANHAMENTO

ANÁLISE CRÍTICA

Sobre os resultados do Indicador de Disponibilidade (ID), referentes ao mês de JUL 2024: 1) o DNB-SN ficou abaixo do LIT (89%) nos meses de ABR, MAIO, JUN e JUL 2024; e 2) A EMS-PA, em virtude do evento climático ocorrido durante o mês de MAIO 2024, se encontra fechada conforme o NOTAM E3677/24 - VALID 31/07/24.

AÇÕES PROPOSTAS

O DNB-SN deverá abrir Ficha de Não Conformidade (FNC) e atentar o previsto na ICA 800-3. O Setor responsável pela gestão da qualidade na Empresa NAV BRASIL deverá assessorar e acompanhar, conforme a necessidade.

ELABORAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E AÇÕES PROPOSTAS

1º Ten QOEA MET Gouvêa

VALIDAÇÃO E EMISSÃO

16/10/2024