



PLANO DE METAS - 2024

Nº: I011D

INFORMAÇÕES GERAIS

INDICADOR	Índice mensal de disponibilidade do sistema EMS (ID)				TIPO		
PROCESSO	Manutenção e Calibração de Instrumentos Meteorológicos	RESPONSÁVEL	REGIONAIS	Política da Qualidade		Objetivos da Qualidade	Processos
FONTE DE DADOS	SILOMS e Empresas						
MEDIÇÃO	Mensal	META	92%	PRAZO	1 ano		
FÓRMULA	(Quantidade de horas em que o sistema EMS ficou disponível / Quantidade de horas do mês) x 100						
OBJETIVO	Assegurar a disponibilidade do sistema EMS o maior tempo possível						

OUTRAS INFORMAÇÕES


Não há

ATUALIZAÇÃO

nov/2024

DADOS DO INDICADOR

SETEMBRO - 2024



OBSERVAÇÕES

Limite de Tolerância: 89% ≤ ID < 92 %, sendo o LIT (Limite Inferior de Tolerância) = 89%.

ACOMPANHAMENTO

ANÁLISE CRÍTICA

AÇÕES PROPOSTAS

Sobre os resultados do Indicador de Disponibilidade (ID), referentes ao mês de SET 2024: 1) o DTCEA-TT ficou abaixo da meta no mês de JUL, AGO e SET 2024; e 2) A EMS-PA, em virtude do evento climático ocorrido durante o mês de MAIO 2024, encontra-se fechada.

O DTCEA-TT deverá abrir Ficha de Não Conformidade (FNC) e atentar o previsto na ICA 800-3. O Setor responsável pela gestão da qualidade do CINDACTA IV deverá assessorar e acompanhar, conforme a necessidade.

ELABORAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E AÇÕES PROPOSTAS

1º Ten QOEA MET Gouvêa

VALIDAÇÃO E EMISSÃO

26/11/2024