



PLANO DE METAS - 2025

Nº: I01ID

INFORMAÇÕES GERAIS

INDICADOR	Índice mensal de disponibilidade do sistema EMS (ID)				TIPO		
PROCESSO	Manutenção e Calibração de Instrumentos Meteorológicos	RESPONSÁVEL	REGIONAIS	Política da Qualidade		Objetivos da Qualidade	Processos
FONTE DE DADOS	SILOMS e Empresas						
MEDIÇÃO	Mensal	META	92%	PRAZO	1 ano		
FÓRMULA	(Quantidade de horas em que o sistema EMS ficou disponível / Quantidade de horas do mês) x 100						
OBJETIVO	Assegurar a disponibilidade do sistema EMS o maior tempo possível						

OUTRAS INFORMAÇÕES


Não há

ATUALIZAÇÃO

abr/2025

DADOS DO INDICADOR

FEVEREIRO - 2025



OBSERVAÇÕES

Limite de Tolerância: 89% ≤ ID < 92%, sendo o LIT (Limite Inferior de Tolerância) = 89%.

ACOMPANHAMENTO

ANÁLISE CRÍTICA

AÇÕES PROPOSTAS

Sobre os resultados do Indicador de Disponibilidade (ID), referentes ao mês de FEV 2025: 1) O DTCEA-SL ficou abaixo do LIT (89%) no mês de FEV 2025; e 2) A EMS-PA, em virtude do evento climático ocorrido durante o mês de MAIO 2024, está operando com sua capacidade parcial.

O DTCEA-SL deverá abrir Ficha de Não Conformidade(FNC) e atentar o previsto na ICA 800-3. O setor responsável pela gestão da qualidade no CINDACTA III deverá assessorar e acompanhar, conforme a necessidade

ELABORAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E AÇÕES PROPOSTAS

1º Ten QOEA MET Gouvêa

VALIDAÇÃO E EMISSÃO

10/04/2025