	PLANO DE METAS - 2025	Nº: I01ID

INFORMAÇÕES GERAIS

INDICADOR	Índice mensal de disponibilidade do sistema EMS (ID)					**TIPO**	
PROCESSO	Manutenção e Calibração de Instrumentos Meteorológicos	**RESPONSÁVEL**	REGIONAIS			Política da Qualidade	Objetivos da Qualidade	Processos
FONTE DE DADOS	SILOMS e Empresas							
MEDIÇÃO	Mensal	**META**	**92%**	**PRAZO**	1 ano			
FÓRMULA	(Quantidade de horas em que o sistema EMS ficou disponível / Quantidade de horas do mês) x 100							
OBJETIVO	Assegurar a disponibilidade do sistema EMS o maior tempo possível							
OUTRAS INFORMAÇÕES	Não há					**ATUALIZAÇÃO**	abr/2025	

DADOS DO INDICADOR



OBSERVAÇÕES	**Limite de Tolerância: 89% ≤ ID < 92 %, sendo o LIT (Limite Inferior de Tolerância) = 89%.**

ACOMPANHAMENTO

ANÁLISE CRÍTICA	**AÇÕES PROPOSTAS**
Sobre os resultados do Indicador de Disponibilidade (ID), referentes ao mês de MAR 2025: 1) O DTCEA-SL ficou abaixo do LIT (89%) nos meses de FEV e MAR 2025; 2) O DNB-PP ficou abaixo do LIT (89%) nos meses de JAN, FEV e MAR 2025; e 3) A EMS-PA, em virtude do evento climático ocorrido durante o mês de MAIO 2024, está operando com sua capacidade parcial, porém o ID apresentou queda em FEV e MAR 2025, em relação à JAN 2025.	Os DTCEA-SL e DTCEA-CO deverão abrir Ficha de Não Conformidade(FNC) e atentar para o previsto na ICA 800-3. Os setores responsáveis pela gestão da qualidade no CINDACTA III e CINDACTA II, respectivamente, deverão assesorar e acompanhar, conforme a necessidade; O DNB-PP deverá abrir Ficha de Não Conformidade(FNC) e atentar o previsto na ICA 800-3. O setor responsável pela gestão da qualidade na empresa NAV BRASIL deverá assesorar e acompanhar, conforme a necessidade

ELARORAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E AÇÕES PROPOSTAS	1° Ten QOEA MET Gouvêa	**VALIDAÇÃO E EMISSÃO**	29/04/2025