



PLANO DE METAS - 2025

Nº: I01ID

INFORMAÇÕES GERAIS

INDICADOR	Índice mensal de disponibilidade do sistema EMS (ID)				TIPO		
PROCESSO	Manutenção e Calibração de Instrumentos Meteorológicos	RESPONSÁVEL	REGIONAIS	Política da Qualidade		Objetivos da Qualidade	Processos
FONTE DE DADOS	SILOMS e Empresas						
MEDIÇÃO	Mensal	META	92%	PRAZO	1 ano		
FÓRMULA	(Quantidade de horas em que o sistema EMS ficou disponível / Quantidade de horas do mês) x 100						
OBJETIVO	Assegurar a disponibilidade do sistema EMS o maior tempo possível						


OUTRAS INFORMAÇÕES

Não há

ATUALIZAÇÃO

jun/2025

DADOS DO INDICADOR



OBSERVAÇÕES

Limite de Tolerância: 89% ≤ ID < 92%, sendo o LIT (Limite Inferior de Tolerância) = 89%.

ACOMPANHAMENTO

ANÁLISE CRÍTICA

AÇÕES PROPOSTAS

Sobre os resultados do Indicador de Disponibilidade (ID), referentes ao mês de MAI 2025: 1) O DTCEA-CG ficou abaixo do LIT (89%) nos meses de ABR e MAI 2025; 2) O DNB-PP ficou abaixo do LIT (89%) nos meses de JAN, FEV, MAR, ABR e MAI 2025; 3) O DTCEA-TT ficou abaixo do LIT (89%) no meses de ABR e MAI 2025.

Não há, pois as localidades já estão tratando as não conformidades.

ELABORAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E AÇÕES PROPOSTAS

Cap QOEA MET Gouvêa

VALIDAÇÃO E EMISSÃO

17/06/2025